



# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» Открытого акционерного общества «МНИПИ» (УП «АТОМТЕХ»);  
свидетельство о государственной регистрации № 100865348 от 22 августа 2000 г.;  
юридический адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;  
фактический адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;  
телефон: +(375 17) 292-81-42; факс: (+375 17) 288-29-88; e-mail: info@atomtex.com  
**в лице** директора Кожемякина Валерия Александровича

**заявляет, что** дозиметров рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123

изготовитель: Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» Открытого акционерного общества «МНИПИ» (УП «АТОМТЕХ»);  
юридический адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;  
адрес производства: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;  
технические условия ТУ РБ 37318323.009-99;  
код ТН ВЭД ТС 9030100000;  
серийный выпуск.

**соответствует требованиям** технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

**Декларация о соответствии принята на основании** протоколов испытаний: протокол № 43-05/38379-2014 от 09.01.2015, протокол № 43-05/38396-2015 от 09.01.2015, протокол № 45-05/38428-2014 от 16.01.2015, протокол № 45-05/38429-2015 от 21.01.2015, выданных научно-исследовательским испытательным центром БелГИМ, аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0025, срок действия с 30.03.2014 по 30.03.2019.

**Дополнительная информация:** условия хранения дозиметров рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123 в упаковке изготовителя – отапливаемые хранилища при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С без концентрации влаги;  
условия хранения дозиметра без упаковки – отапливаемые хранилища при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С;  
гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления дозиметров;  
срок службы дозиметров ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123 – не менее 10 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.01.2020 включительно.**

  
(подпись)

М.П.



В.А.Кожемякин

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС ВУ/112 11.01. ТР004 003 10345

Дата регистрации декларации о соответствии: 05.02.2015