



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» Открытого акционерного общества «МНИПИ» (УП «АТОМТЕХ»);
свидетельство о государственной регистрации № 100865348 от 22 августа 2000 г.;
юридический адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;
фактический адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;
телефон: +(375 17) 292-81-42; факс: (+375 17) 288-29-88; e-mail: info@atomtex.com
в лице директора Кожемякина Валерия Александровича

заявляет, что измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327

изготовитель: Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» Открытого акционерного общества «МНИПИ» (УП «АТОМТЕХ»);
юридический адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;
адрес производства: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;
технические условия ТУ РБ 100865348.002-2000;
код ТН ВЭД ТС 9030100000;
серийный выпуск.

соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний: протоколы № 45-05/39401-2015 – № 45-05/39416-2015 (16 протоколов) от 27.05.2015, протоколы № 45-05/39563-2015 – № 45-05/39565 (3 протокола) от 27.05.2015, № 45-05/39534-2015 – № 45-05/39548-2015 (15 протоколов) от 27.05.2015, выданных научно-исследовательским испытательным центром БелГИМ, аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0025, срок действия с 30.03.2014 по 30.03.2019.

Дополнительная информация: условия хранения измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327 в упаковке изготовителя – отапливаемые хранилища при температуре окружающего воздуха от минус 10°C до плюс 50 °C и относительной влажности не более 95 % при температуре 35 °C без концентрации влаги;
условия хранения измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327 без упаковки – отапливаемые хранилища при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °C до плюс 35 °C и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °C;
гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления измерителя-сигнализатора;
срок службы измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327 – не менее 15 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.05.2020 включительно.



(подпись)
М.П.

В.А.Кожемякин

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии № ТС ВУ/112 11.01. ТР004 003 12116
Дата регистрации декларации о соответствии 28.05.2015