



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» Открытого акционерного общества «МНИПИ»

место нахождения: ул. Гикало, 5, 220005, г. Минск, Республика Беларусь

зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100865348

телефон: +37517 2708142; адрес электронной почты: info@atomtex.com

в лице директора Кожемякина Валерия Александровича

заявляет, что измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327

изготовитель: Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» Открытого акционерного общества «МНИПИ»

место нахождения: ул. Гикало, 5, 220005, г. Минск, Республика Беларусь

изготовленные по «Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327» ТУ ВУ 100865348.002-2020

код ТН ВЭД ЕАЭС: 9030 10 000 0

серийный выпуск

соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 и «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011

Декларация о соответствии принята на основании

– протоколы испытаний № 43-03/2312-1-2020 от 29.04.2020, № 43-03/2312-2-2020 от 29.04.2020, № 43-03/2312-3-2020 от 29.04.2020, № 43-03/2312-4-2020 от 27.05.2020, № 43-03/2312-5-2020 от 27.05.2020, № 45-03/2312-6-2020 от 17.06.2020, № 45-03/2312-7-2020 от 17.06.2020, № 45-03/2312-8-2020 от 17.06.2020, № 45-03/2312-9-2020 от 17.06.2020, № 45-03/2312-10-2020 от 17.06.2020, № 45-03/2312-11-2020 от 17.06.2020, № 45-03/2312-12-2020 от 17.06.2020, № 43-03/2312-13-2020 от 16.06.2020, № 43-03/2312-14-2020 от 16.06.2020, № 45-03/2312-16-2020 от 20.07.2020, № 45-03/2312-17-2020 от 20.07.2020, № 45-03/2312-18-2020 от 20.07.2020, № 45-03/2312-19-2020 от 20.07.2020, № 45-03/2312-20-2020 от 20.07.2020, выданные научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0025; – сертификат соответствия системы менеджмента качества № ВУ/112 05.01.003 08780 от 22.07.2019, выданный органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации ВУ/112 003.01; схема декларирования соответствия – бд.

Дополнительная информация

Примененные стандарты: ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний». ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования».

Условия хранения измерителя-сигнализатора в упаковке изготовителя – неотапливаемые хранилища при температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 95 % при температуре 35 °С без конденсации влаги;

условия хранения измерителя-сигнализатора без упаковки – отапливаемые хранилища при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С;

гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления измерителя-сигнализатора;

срок службы – не менее 15 лет.

Сокращенное наименование заявителя и изготовителя: УП «АТОМТЕХ».

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.01.2026 включительно.



Кожемякин Валерий Александрович

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 003 44641

Дата регистрации декларации о соответствии 08.02.2021