



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» Открытого акционерного общества «МНИПИ»

место нахождения: ул. Гикало, 5, 220005, г. Минск, Республика Беларусь

зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100865348

телефон: +37517 2708142, **адрес электронной почты:** info@atomtex.com

в лице директора Кожемякина Валерия Александровича

заявляет, что дозиметры индивидуальные ДКГ-АТ2503В, ДКГ-АТ2503В/1, ДКГ-АТ2503В/2

изготовитель: Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» Открытого акционерного общества «МНИПИ»

место нахождения: ул. Гикало, 5, 220005, г. Минск, Республика Беларусь

изготовленные по ТУ ВУ 100865348.054-2023 «Дозиметры индивидуальные ДКГ-АТ2503»

код ТН ВЭД ЕАЭС: 9030 10 000 0

серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании:

протоколов испытаний № 43-08/1191-1-2022 от 19.10.2022, № 43-08/1191-2-2022 от 19.10.2022, № 43-08/1191-3-2022 от 19.10.2022, № 43-08/1191-4-2022 от 19.10.2022, № 45-08/1191-5-2022 от 25.10.2022, № 45-08/1191-6-2022 от 25.10.2022, № 45-08/1191-7-2022 от 25.10.2022, № 45-08/1191-8-2022 от 25.10.2022, выданных научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0025;

сертификата соответствия системы менеджмента качества № ВУ/112 05.01. 003.01 00419 от 22.07.2022, выданного органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.01.

схема декларирования соответствия – бд.

Дополнительная информация

Примененные стандарты: ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний».

Условия хранения дозиметров в упаковке изготовителя – отапливаемые хранилища при температуре окружающего воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С;

условия хранения дозиметров без упаковки – отапливаемые хранилища при температуре окружающего воздуха от 10 °С до 35 °С и относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С;

гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления дозиметров;

срок службы – не менее 15 лет.

Сокращенное наименование заявителя и изготовителя: УП «АТОМТЕХ».

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.04.2028 включительно.

(подпись)



Кожемякин Валерий Александрович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 003.02 08775

Дата регистрации декларации о соответствии

05.05.2023