



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» Открытого акционерного общества «МНИПИ» (УП «АТОМТЕХ»);
свидетельство о государственной регистрации №100865348 от 22 августа 2000 г.;
юридический адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;
фактический адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;
телефон: +(375 17) 292-81-42; факс: +(375 17) 288-29-88; e-mail: info@atomtex.com
в лице директора Кожемякина Валерия Александровича

заявляет, что дозиметр ДКС-АТ5350 (ДКС-АТ5350/1)

изготовитель: Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» Открытого акционерного общества «МНИПИ» (УП «АТОМТЕХ»);
юридический адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;
адрес производства: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;
технические условия ТУ РБ 100865348.013-2003;
код ТН ВЭД ТС 9030100000;
серийный выпуск.

соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний: № 11614/1 от 06.12.2012, протокол № 11614/2 от 11.12.2012, протокол № 11614/3 от 11.12.2012, протокол № 11614/4 от 11.12.2012, протокол № 11614/5 от 11.12.2012, протокол № 11614/6 от 20.12.2012, протокол № 11614/7 от 11.12.2012, протокол № 11614/8 от 25.01.2013, протокол № 11614/9 от 25.01.2013, протокол № 11614/10 от 10.01.2013, протокол № 11614/11 от 11.01.2013, протокол № 11614/12 от 23.01.2013, протокол № 11614/13 от 30.01.2013, протокол № 11614/14 от 01.02.2013, протокол № 11614/15 от 23.01.2013, протокол № 43-05/30826-2013 от 29.01.2013, выданных научно-исследовательским испытательным центром БелГИМ, аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0025, срок действия с 30.03.2014 по 30.03.2019.

Дополнительная информация: условия хранения дозиметра ДКС-АТ5350 (ДКС-АТ5350/1) в упаковке изготовителя – отапливаемые хранилища при температуре окружающего воздуха от 0 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С;
условия хранения дозиметра ДКС-АТ5350 (ДКС-АТ5350/1) без упаковки – отапливаемые хранилища при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С;
гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления дозиметра;
срок службы дозиметра ДКС-АТ5350 (ДКС-АТ5350/1) – не менее 12 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.10.2019 включительно.



В.А.Кожемякин

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии ТС ВУ/112 11.01. ТР004 003 08913
Дата регистрации декларации о соответствии 11.11.2014